



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000009-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Iñaki Gómez Domínguez, Dña. Patricia Martín Guerra y D. Javier García Martín, relativa a diversas cuestiones relacionadas con las averías sufridas en los últimos años por el TAC del Hospital de Benavente y cuándo se sustituirá por uno nuevo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de mayo de 2026, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000001 a PE/000102.

Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de mayo de 2026.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero



Partido
Socialista
de Castilla
y León

Grupo
Parlamentario
Socialista

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y
León nº 1
47014 Valladolid
Tel 983 421566
Fax 983 421544

Grupo.socialista@ccyl.es

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Iñaki Gómez Domínguez, Patricia Martín Guerra, Javier García Martín, Procuradores y Procuradora pertenecientes al **GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA** de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Hospital de Benavente dispone de un equipo de tomografía axial computarizada (TAC) instalado en el año 2013, coincidiendo con la finalización de la reforma del centro. Desde entonces, no se ha llevado a cabo su sustitución, a pesar de tratarse del único escáner disponible para la realización de pruebas diagnósticas en el hospital.

En los últimos meses, el equipo ha comenzado a presentar averías de manera recurrente, encadenando fallos técnicos y reparaciones durante al menos un periodo de tres meses. Esta situación se ha visto agravada, cuando el TAC permaneció varios días fuera de servicio, imposibilitando su uso tanto en la actividad asistencial ordinaria como en la atención urgente. Además de las averías descritas, el equipo de tomografía axial computarizada presenta limitaciones en cuanto a resolución de imagen y capacidades de software para la realización de determinadas pruebas. Estas deficiencias repercuten tanto en la actividad programada como en la atención urgente, al no poder llevarse a cabo todas las exploraciones en las condiciones técnicas óptimas. En consecuencia, dichas restricciones añaden nuevos condicionantes al uso cotidiano del equipo y a la capacidad diagnóstica del hospital, pudiendo afectar a la calidad y agilidad en la atención a los pacientes.

Por todo lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:

1º.- ¿Cuántos episodios de averías ha sufrido el TAC del Hospital de Benavente en los últimos años?

2º.- ¿Cuántos episodios de averías que han requerido intervención técnica y de reparación se han producido en el TAC del Hospital de Benavente desde diciembre de 2025 hasta la fecha actual?

3º. ¿Qué coste han tenido las sucesivas reparaciones del TAC del Hospital de Benavente?

4º.- ¿Cuánto tiempo acumulado ha permanecido inutilizado en lo que va de año el TAC del Hospital de Benavente por averías?

5º.- ¿Cuántas urgencias que requerían una prueba de Tomografía Axial Computarizada han sido derivadas a Complejo Asistencial de Zamora-Virgen de la Concha?

6º.- ¿En cuántos casos de diagnóstico de posible ICTUS de pacientes atendidos de urgencia el TAC estuvo averiado y no se pudo realizar la prueba?





Partido
Socialista
de Castilla
y León

Grupo
Parlamentario
Socialista

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y
León nº 1
47014 Valladolid
Tel 983 421566
Fax 983 421544

Grupo.socialista@ccyl.es

7º.- ¿Cuántas citas programadas de tomografía axial computarizada han tenido que reprogramarse por las averías del TAC en lo que va de año?

8º.- El TAC de la marca Siemens fue instalado en el Hospital de Benavente hace 18 años. ¿De dónde procedía y cuánto tiempo de funcionamiento tuvo en su anterior área de salud?

9º.- La Delegación Territorial Zamora de la Junta de Castilla y León ha anunciado que se han iniciado trámites para sustituir el TAC del Hospital de Benavente por uno nuevo. ¿Cuándo saldrá a licitación la adquisición de este nuevo equipo, con qué importe y cuándo tiene previsto la Consejería de Sanidad instalarlo en el centro hospitalario?

10º.- ¿Cuántas pruebas de TAC se realizaron en el Hospital de Benavente en el año 2025 y en lo que va de 2026?

Valladolid, 30 de abril de 2026

Los Procuradores y Procuradora

Patricia Martín Guerra,

Jesús Iñaki Gómez Domínguez,

Javier García Martín

